



Scan this code with your smart phone for additional TRUE2go information. Always refer to the Owner's Booklet for detailed product information.

Checking Your Blood Glucose Using TRUE2go®

A guide for testing your blood glucose

Simple Steps to Test Your Blood Glucose

Blood Glucose Testing



1

Wash your hands with warm, soapy water.



2

Remove Test Strip from vial and close vial immediately. Insert Test Strip into Test Port with TRUEtest™ facing up. The Meter turns on.



3

Lance your finger.



4

Allow a blood drop to form, touch Tip of Strip to top of blood drop and allow blood to be drawn into Strip. Remove Test Strip Sample Tip from sample drop immediately after dashes appear across Meter Display.

CAUTION! Holding the Test Strip Sample Tip to the blood sample too long after the Meter begins testing may cause inaccurate results.



5

In as little as 4 seconds, glucose result will be displayed.



6

Hold Meter in a vertical position with Test Strip facing down. Press strip release button to discard the used Test Strip from the Meter.

WARNING!

NEVER reuse Test Strips. **NEVER** wipe test Strips with water, alcohol or any cleaner. **DO NOT** attempt to remove blood or control sample from Test Strips or clean Test Strips and re-use. Reuse of Test Strips **WILL** cause inaccurate results. **NEVER** add a second drop of sample to the Strip. Adding more sample gives an error message.

This guide provides a brief overview on testing your blood glucose. For more detailed information on complete blood glucose testing procedure, consult "Testing Your Blood" section in the Owner's Booklet. For assistance using your blood glucose System, call our Customer Care Department at 1-800-803-6025.

© 2011 Nipro Diagnostics, Inc. TRUE2go, TRUEtest and the Nipro Diagnostics logo are trademarks of Nipro Diagnostics, Inc. F4NPD08 Rev. 22

www.niprodiagnostics.com

Meter, Test Strips & System Components

Top View



Front View



Test Port

NIPRO
DIAGNOSTICS™

Control de glucosa en la sangre con TRUE2go®

Guía para su prueba de glucosa en la sangre

Pasos simples para su prueba de glucosa en la sangre

Medidor, tiras de prueba y componentes del sistema

Vista superior



Vista frontal



Puerto de prueba

Tira de prueba



Pruebas de glucosa en la sangre



1

Lávese las manos con agua tibia y jabonosa.



2

Retire la tira de prueba del vial y círrello de inmediato. Introduzca la tira de prueba en el puerto de prueba con el nombre TRUEtest™ mirando hacia arriba. El medidor se activa.



3

Aplique la lanceta en el dedo.



4

Deje que se forme una gota de sangre, con la punta de la tira toque la parte superior de la gota de sangre y deje que la gota penetre en la tira. Retire la punta para la muestra de la tira de la gota de muestra inmediatamente después de que aparezcan guiones en la pantalla del medidor.

PRECAUCIÓN! Si la punta para la muestra de la tira de prueba permanece demasiado tiempo en la muestra de sangre una vez que el medidor inicia la prueba podrían obtenerse resultados incorrectos.



5

En tan sólo 4 segundos, se mostrará el resultado de la glucosa.



6

Sujete el medidor en posición vertical, con la tira de prueba mirando hacia abajo. Presione el botón de liberación para desechar la tira de prueba usada del medidor.

¡ADVERTENCIA!

NO reutilice **NUNCA** las tiras de prueba. **NUNCA** limpie una tira de prueba con agua, alcohol ni cualquier solución limpiadora.

NO intente retirar la muestra de sangre o solución de control de las tiras de prueba ni limpiarlas para volver a utilizarlas. Si reutiliza una tira de prueba, los resultados serán inexactos. **NUNCA** agregue una segunda gota de sangre a una tira. Si agrega más cantidad de muestra, el medidor presentará un mensaje de error.

Esta guía proporciona una breve explicación general para realizar su prueba de glucosa en la sangre. Si necesita información más detallada sobre el procedimiento completo de las pruebas de glucosa en la sangre, consulte la sección "Pruebas de sangre". Para obtener ayuda con el uso de su Sistema para glucosa en la sangre, llame a nuestro Asistencia al Cliente al 1-800-803-6025.

© 2011 Nipro Diagnostics, Inc. TRUE2go, TRUEtest y el logotipo de Nipro Diagnostics son marcas comerciales de Nipro Diagnostics, Inc.

www.niprodiagnostics.com

NIPRO
DIAGNOSTICS™